

Ihre interne Referenz: .....

Dr.med/Herr/Frau: ..... Fax: ..... Datum: .....

**Geräte, die älter als 10 Jahre sind, werden nicht mehr repariert; dies gilt ab dem 30. Juni 2020.**

### Serviceauftrag Holters Vista / Vista O2 / Vista, Ersatzgeräte und Umtausch

1. Januar 2022 -Preise in CHF – exkl. 7.7% MwSt. - Preisänderung sind jederzeit möglich

#### NOVACOR empfiehlt eine präventive Wartung der Geräte alle 2 Jahre.

Gemäss der Schweiz.- med.- Produkteverordnung müssen alle Geräte wie z.B. auch die Holter Geräte periodisch kontrolliert werden.

Vista / Vista O2 / Vista Access N° \_\_\_\_\_ (hinter dem Gerät)

Kaufdatum :

Letzte Reparaturdatum :

Bitte teilen Sie uns mit, was bei Ihrem Holter nicht mehr funktioniert:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Bei einer Reparatur / Kontrolle eines Holter wird beim Hersteller Novacor immer folgendes gemacht:

- Demontage und Montage des Gerätes
- Erneuerung anderer defekter Teile
- Reparatur des Defektes (falls möglich)
- Prüfen auf Oxidation und Reinigung
- Ausgangskontrolle
- Funktionstests

**Reparaturfrist 4-6 Wochen**

- |  |       |
|--|-------|
| <input type="checkbox"/> <b>Wartung /Reparatur</b> eines Vista (VIP10.....)                  | 700.- |
| <input type="checkbox"/> <b>Wartung /Reparatur</b> eines Vista Access (VIA) ab N° VIA10..... | 700.- |
| <input type="checkbox"/> <b>Wartung /Reparatur</b> eines Vista O2 (VTO)                      | 700.- |

#### Ersatzgeräte während der Reparaturzeit eines Vista

- |   |        |
|---|--------|
| <input type="checkbox"/> Ersatzgerät während der Reparaturzeit einem Holter, <b>während der Garantie.</b> | gratis |
| <input type="checkbox"/> Ersatzgerät während der Reparaturzeit einem Holter, <b>ohne Garantie</b>         | 150.-  |

Ersatzgeräte retournieren Sie bitte innerhalb 5 Tage nach der Reparatur

Für später retournierte Ersatzgeräte verrechnen wir pro Woche

**150.-**

Datum:

Stempel / Unterschrift: