

Ihre interne Referenz:

Dr.med/Herr/Frau: Fax: Datum:

Geräte, die älter als 10 Jahre sind, werden nicht mehr repariert; dies gilt ab dem 30. Juni 2020.

Serviceauftrag R.Test Evolution 3 und 4, Ersatzgeräte und Umtausch

1. Januar bis 31. März 2023 - Preise in CHF – exkl. 7.7% MwSt. - Preisänderung sind jederzeit möglich

NOVACOR empfiehlt eine präventive Wartung der Geräte alle 2 Jahre.

Gemäss der Schweiz.- med.- Produkteverordnung müssen alle Geräte wie z.B. auch die EKG Geräte periodisch kontrolliert werden.

R.Test Evolution N° _____ (hinter dem Gerät)

Kaufdatum:

Letzte Reparaturdatum:

Bitte teilen Sie uns mit, was bei Ihrem R.Test Evolution nicht mehr funktioniert:

Bei einer Reparatur / Kontrolle eines R.Test's wird beim Hersteller Novacor immer folgendes gemacht:

- Demontage und Montage des Gerätes
- Ersetzen der Lithiumbatterie (Memoryspeicher)
- Reparatur des Defektes (falls möglich)
- Funktionstests
- Prüfen auf Oxidation und Reinigung
- Erneuerung anderer defekter Teile
- Upgrade der SW
- Ausgangskontrolle

Reparaturfrist 4-6 Wochen

- Wartung /Reparatur** eines R.Test Evolution Serie 3 (weiss) (Serie Nr. RTM) **900.-**
- Wartung /Reparatur** eines R.Test Evolution Serie 4 (Serie Nr. NRT) **480.-**

Ersatzgeräte während der Reparaturzeit eines R.Test Evolution 3 / 4

- Ersatzgerät während der Reparaturzeit eines R.Test's, während der Garantie **gratis**
- Ersatzgerät während der Reparaturzeit eines R.Test's, ausserhalb der Garantie **150.-**

Ersatzgeräte retournieren Sie bitte innerhalb 10 Tage nach der Reparatur
Für später retournierte Ersatzgeräte verrechnen wir pro Woche

150.-

Datum:

Stempel / Unterschrift: